



Szpital Wojewódzki Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie

SzWNR2-ZP/250/003/ 31/2014

Rzeszów, 2014.01.29

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy jednorazowego sprzętu do badań i zabiegów elektrofizjologicznych

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

I.

Pytanie I do Pakietu 3

Poz nr 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod diagnostycznych 4 polowych o długościach w zakresie 80- 110 cm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz nr 3 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej o stałej krzywiznie do zatoki wieńcowej w wersji bez zbrojonego trzonu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz nr 5: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „dostępna wersji dwukierunkowa” elektrody diagnostycznej sterowalnej do zatoki wieńcowej ?

Odp. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Poz nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody diagnostycznej sterowalnej typu Halo 20 polowej dostępnej z jedną wersją spacingu t; 2-8-2-8-2... Zamiast 2-8-2-(60)-2-8-2 ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

II.

Dotyczy pakiet 3 - ELEKTRODY DIAGNOSTYCZNE

Pozycja I punkt II - Czy zamawiający dopuści elektrody diagnostyczne „4 polowe” o długości od 110 cm do 120 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrody diagnostyczne „4 polowe” o długości od 110 cm do 120 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pozycja VI - Czy zamawiający poprawnie określił ilość łączników do elektrod diagnostycznych 10 polowych sterowalnych - 40 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. W poz. nr VI. łączniki do elektrod diagnostycznych 10 polowych sterowalnych winno być 10 szt. Zamawiający zmienia treść siwz w tym zakresie

Dotyczy pakiet 6 - ELEKTRODY DIAGNOSTYCZNE

punkt II - Czy zamawiający dopuści introduktory o długości wkłucia 12 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza introduktory o długości wkłucia 12 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

III.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 sprzęt do implantacji z 18 miesięcznym terminem ważności/sterylności do wszczepiania licząc od daty produkcji

Odp. Zamawiający dopuszcza sprzęt z terminem ważności minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie na jaki wyraził zgodę w w/w odpowiedziach.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno- Eksploatacyjnych
Łukasz Wais