

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego dla oddziału Gastroenterologii.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 2

Prowadnik hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na złamania z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm oraz 50 cm na jednym końcu tej samej prowadnicy. Długość prowadnika 450 cm. Średnica prowadnika 0,035 „. Sprzęt z możliwością kontroli ruchu i położenia (znaczniki radiologiczne i endoskopowe).

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 6

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Sonda nosowo - żółciowa jednorazowego użytku do zabiegów ECPW w celu odprowadzenia żółci poprzez jamę nosową. Średnica sondy 5 Fr, 7 Fr, 9 Fr. Długość 290 cm. Do prowadnika 0,035.

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3

Pyt Nr 1 do pakietu nr 2, pozycji 1

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Prowadnik hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na złamania z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm oraz 50 cm na jednym końcu tej samej prowadnicy. Długość prowadnika 450 cm. Średnica prowadnika 0,035 „. Sprzęt z możliwością kontroli ruchu i położenia (znaczniki radiologiczne i endoskopowe).

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4

Pyt. Nr 1 do pakietu nr 6, pozycji nr 1

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Sonda nosowo - żółciowa jednorazowego użytku do zabiegów ECPW w celu odprowadzenia żółci poprzez jamę nosową. Średnica sondy: 5 Fr, 7 Fr, 9 Fr. Długość 290 cm. Do prowadnika 0,035

Pytanie 5

Dotyczy pakietu 1 – Sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów ECPW

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do usuwania złogów, jednorazowego użytku, sterylnych, długość narzędzia 200 cm z możliwością podania kontrastu poniżej lub powyżej balonu. Średnicą balonu po napełnieniu (8,5mm, 10 mm, 12 mm, 15mm) lub 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20mm.)

W zestawie z balonem jedna skalibrowana strzykawka obsługująca cztery rozmiary co ułatwia pracę i skraca czas. Sprzęt kompatybilny z przewodnikiem 0,035 posiada znaczniki widoczne w promieniach RTG, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu 2 -Prowadnik do zabiegów ECPW

2, Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2, w miejsce pierwotnych parametrów, 2 rodzajów przewodników: jeden z prostą, bardzo elastyczną, kalibrowaną końcówką ułatwiającą dostęp i przeprowadzenie przez najtrudniejsze zwężenia, z pokryciem hydrofilnym na długości 25 cm, końcówką ciennodajną na długości 4 cm, długość przewodnika 205, 260, 450 cm, średnica 0,025 i 0,035; drugi to prowadnik z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, z hydrofilną końcówką roboczą długości 5 cm, posiadających w części dystalnej pokrycie tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiający wymianę narzędzi, izolowanych elektrycznie, dwukolorowych, zapewniających możliwość kontroli ruchu i położenia, dostępnych w długościach 480 i 260 cm, o średnicy 0,021, 0,025", 0,035" z końcówką prostą lub zgiętą

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedz: nie

Pytanie 8

Dotyczy zapisów SIWZ oraz wzoru umowy § 4 ust. 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie kary umownej do 10% wartości umowy, gdyż kara w wysokości 20% jest niewspółmiernie wysoka.

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 1: Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania jednorazowych balonów trójkanałowych do usuwania złogów z dróg żółciowych; do wyboru balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15mm lub 15mm, 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą

przejście przez zwążenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego. endoskopu 2,7mm - 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność blonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035" lub 0,025"; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (oyer-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm - 3,2mm, w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 2: Prosimy o dopuszczenie prowadnic jednorazowego użytku, średnica 0,035" lub 0,025" długość robocza 4500mm lub 2700mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X - orientacja ruchu; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego" w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 6: Prosimy o dopuszczenie sond nosowożółciowych o długości 2550mm o średnicach 5, 6, 7Fr kompatybilnych z prowadnicą 0,035"

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12

Pakiet nr 2

Jaki kształt zakończenia jest wymagalny

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 13

Pakiet nr 2

Czy dopuszczają Państwo prowadniki o długości: 5 cm oraz 8,5 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 14

Pakiet nr 2

Proszę uszczegółwić opis wymagań „ oraz 5 i 10 cm po obu końcach tej samej prowadnicy. Czy wymagają Państwo prowadnika z końcówką hydrofilną np. o długości 5 cm z jednego końca oraz 10cm z drugiego końca

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 15
Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści złożenie oferty na balony do usuwania złogów o średnicy balonu 11,5 mm, 14 mm i 16 mm, w zestawie z balonem trzy strzykawki, każda o ustalonej pojemności, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 16

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści złożenie oferty na sondy nosowo-żółciowe o średnicy 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, pozostałe parametry bez zmian..

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

Dot. pakiet nr 2 Prowadnik do zabiegów ECPW jednorazowego użytku, sterylny
Czy Zamawiający dopuści prowadnik hydrofilny jednorazowego użytku, sterylny z platynową końcówką o długości 50 mm, średnica prowadnika 0,035 cala, długość 460 cm, prowadnik ze znacznikami?

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 18

Pakiet nr 4 Urządzenie jednorazowego użytku do podwiązywania polipów
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu podwójnego (pętla do polipektomii - trójramienny chwytak do polipów z ostrymi haczykami), dwu-wiązkowy, wzmocniona sprężyna pętli, owalny obrotowy chwytak, teflonowy korpus, demontowalny uchwyt, średnica pętli 30 mm, średnica korpusu 3,3 mm, długość 230 cm, urządzenie autoklaw owalne?

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Z poważaniem
Dyrektor
Janusz Solarz