



wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawy zamkniętego systemu do pobierania krwi.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

I.

W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego Załącznik nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób, który zgodnie z Art. 7 i Art. 29, ust. 2 ustawy pzp, nie utrudni uczciwej konkurencji ponieważ dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje tylko i wyłącznie jednego producenta i dostawcę co jest naruszeniem prawa zamówień publicznych i ogranicza złożenie oferty innym dystrybutorom sprzętu medycznego. Zgoda zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej oferty konkurencyjnej większej liczbie wykonawców i nie będzie naruszać ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasad uczciwej konkurencji.

Poz. 7: czy Zamawiający dopuści próbki mikrometoda o średnicy 11mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

Poz. 17: czy Zamawiający dopuści strzykawki o poj. 2,3 ml ze znacznikami na ilość pobieranej krwi: 1;1,5;2 i 2,3 ml bez odpowietrznika lub wydzieli tę pozycję do oddzielnego pakietu gdyż pozycja ta nie jest elementem systemu zamkniętego pobierania krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 28: czy Zamawiający dopuści próbki fi 13 przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 19 i 28: czy Zamawiający wydzieli te pozycje do oddzielnego pakietu gdyż pozycje te nie są elementami systemu zamkniętego pobierania krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz 907) zmienia treść zapisów SIWZ w wyżej wymienionym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **17.03.2014 r godz. 10.00.**

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia **17.03.2014 r godz. 10.30.** w Budynku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Janusz Solarz