



wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawy wyrobów medycznych.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

I.

Pytania dot. treści umowy:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa ma przypadać w dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 3 ust. 3 na: w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w razie opóźnienia w zapłacie obciążały go odsetki w wysokości ustawowej?

Odpowiedź: Zgodnie z § 7 Załącznika nr 5 do SIWZ (projekt umowy).

4. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zgodnie z § 2 ust. 3 Załącznika nr 5 do SIWZ (projekt umowy).

5. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II.

1. Czy w pakiecie nr 6, zamawiający zezwoli na zaoferowanie cewnika dwuświatłowego, silikonowego w rozmiarze: 11,5Fr i długości 18 cm w zestawie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Pozwoli to naszej Firmie złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

III.

Pakiet nr 2 – Papiery do aparatów medycznych

1) Poz. 16 Czy Zamawiający wymaga papieru gładkiego czy w kratkę.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że papier ma być gładki.

2) Poz. 16. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110x20 z właściwym przeliczeniem ilości tj. 75 rolek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

IV.

Pytanie 1 do Pakiet nr 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie:

Cewnik z biokompatybilnego poliuretanu do dializy dwukanałowy F14Fr x 20cm, prosty/zagięty/zagięte ramiona wg życzenia zamawiającego, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2 do Pakiet nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania:

Cewnik z biokompatybilnego poliuretanu do dializy dwukanałowy F12Fr x 17cm, prosty/zagięty/zagięte ramiona wg życzenia zamawiającego, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3 do Pakiet nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania:

Cewnik z biokompatybilnego poliuretanu do dializy dwukanałowy F12Fr x 15cm, prosty/zagięty/zagięte ramiona wg życzenia zamawiającego, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4 do Pakiet nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania:

Cewnik z biokompatybilnego poliuretanu do dializy dwukanałowy F14Fr x 15cm, prosty/zagięty/zagięte ramiona wg życzenia zamawiającego, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4 do Pakiet nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania:

Cewnik z biokompatybilnego poliuretanu do dializy dwukanałowy F12Fr x 20cm, prosty/zagięty/zagięte ramiona wg życzenia zamawiającego, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 1 do Pakietu nr 5 nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie do obu pakietów uniwersalnego cewnika o poniższych parametrach:

Cewnik do krótkiej dializy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały cewnika okrągłe, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada otwory boczne umieszczone w pierścieniowych rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia, ramiona cewnika z wbudowanymi zastawkami hemostatycznymi, skalowany co 5cm na całej długości cewnika nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika, dostępny w rozmiarze 14Fr i długości 25cm. (Uwaga: Zestaw umożliwi założenie cewnika na długościach w zakresie 15-25cm). Skład zestawu zawiera: cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika, mandryn usztywniający cewnik, igła z portem boczny 18g x 7cm, przewodnik nitinolowy odporny na zaginanie o długości 70cm typu J, 2 rozszerzadła, 2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu, strzykawka 5ml, skalpel 11, plaster z rzepem do zamocowania cewnika, naklejka identyfikacyjna pacjenta?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2 do Pakiet nr 6, nr 7, nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie do obu pakietów uniwersalnego cewnika o poniższych parametrach:

Cewnik do krótkiej dializy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały cewnika okrągłe, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada otwory boczne umieszczone w pierścieniowych rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia, ramiona cewnika z wbudowanymi zastawkami hemostatycznymi, skalowany co 5cm na całej długości cewnika nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika, dostępny w rozmiarze 12Fr i długości 25cm. Uwaga: Zestaw umożliwia założenie cewnika na długościach w zakresie 15 – 25cm). Skład zestawu zawiera: cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika, mandryn usztywniający cewnik, igła z portem boczny 18g x 7cm, przewodnik nitilonowy odporny na ząganie o długości 70cm typu J, 2 rozszerzadła, 2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu, strzykawkę 5ml, skalpel 11, plaster z rzepem do zamocowania cewnika, naklejka identyfikacyjna pacjenta?

Zdjęcie poglądowe poniżej



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

V.

1. Czy zamawiający w pak 6 dopuści cewnik wysokiej jakości wykonany z elastycznego, biokompatybilnego poliuretanu 16cm i 20cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Czy zamawiający w pak 7 dopuści cewnik wysokiej jakości wykonany z elastycznego biokompatybilnego

poliuretanu 12Fr x 16cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Czy zamawiający w pak 9 dopuści cewnik wysokiej jakości wykonany z elastycznego biokompatybilnego poliuretanu 12Fr? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k. c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 4 wzoru umowy na następujący: „ W przypadku upływu terminu ważności dokumentów, o których mowa w ust. 2 i nie przedłożenia aktualnych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy wykonawcy i naliczyć kary umowne, o których mowa w §6 ust. 3, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia tych dokumentów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od daty upływu ważności dokumentów”?

Zapis w wersji proponowanej przez Zamawiającego przewiduje sankcje niewspółmierne do straty jaką mógłby ponieść Zamawiający w przypadku braku dostarczenia certyfikatów wraz z dostawą sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

VI.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie zadania nr 6 poz. 1 cewnik silikonowy do dializy dwukanałowy 12Fr x 20 cm w zestawie do zakładania, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie zadania nr 7 poz. 1 cewnik silikonowy do dializy dwukanałowy 12Fr x 15 cm w zestawie do zakładania, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie zadania nr 9 poz. 1 cewnik silikonowy do dializy dwukanałowy 12Fr x 20 cm w zestawie do zakładania, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

DYREKTOR

Janusz Solarz