

Załącznik nr 5 do SIWZ

Parametry oceny jakościowej Pakietów :

Pakiet nr 5 - Igła do hemodializy

1. Ocena ostrości igły przez oszacowanie nasilenia bólu podczas wklucia - pacjent ocenia doznania bólowe w skali od 1- 5

1 – bardzo duży ból, 5 - minimalny ból

2. Kompatybilność łączenia linii z igłą do hemodializy: 1-5 pkt

dobra - 2 pkt., bardzo dobra - 5 pkt.

3. Szczelność zacisków linii igły – skala:

nieszczelny – 0 pkt, szczelny – 5 pkt

Pakiet nr 8,9 - Dializator do hemodializy

1. Osiągany stopień wydializowania z mocznika w zależności od powierzchni dializatora – skala punktowa: 0-5

0 – niedostateczny w stosunku do podanej specyfikacji dializatora

5 - zakładany w specyfikacji dializatora

2. Aktywność prozakrzepowa powierzchni dializatora - skala:

zakrzep - 0 pkt, bez zakrzepu - 5 pkt

3. Pojawienie się objawów pierwszego użycia dializatora- skala :

są objawy – 0 pkt, brak objawów - 5 pkt