

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

**1.**

Dotyczy: Pakiet 9

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnego zestawu do nakłucia jamy opłucnej o następujących parametrach: sterylny; składający się z: worka na wydzielinę 2000 ml z podziałką oraz zaworem spustowym; zaworu automatycznego jednokierunkowego; strzykawki trzyczęściowej 60 ml; kaniuli punkcyjnej 3,35 x 78 mm; kompletu drenów połączeniowych; poliuretanowego cewnika z otworami bocznymi 2,7 x 450 mm.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego zestawu.*

Z poważaniem  
Dyrektor  
Janusz Solarz