



SzWNR2-ZP/250/056/271 /2014

Rzeszów, 2014.08.22

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawy sprzętu do zabiegów implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów – defibratorów

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

I.

Dotyczy Pakiet nr 4 - elektrody defibrylacyjne zewnętrzne do defibrylatora Lifepack

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji zewnętrznej?

Odpowiedź: Tak

2. Czy zapotrzebowanie dotyczy par czy sztuk (standardowo 1 kpl. Elektrood stanowi nierozłączną parę)

Odpowiedź: Podana ilość dotyczy pary (2 elektrody w opakowaniu).

II.

1. Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści kardiowetery-defibrylatory z długoczasowym zapisem cykli RR w postaci zapisów IEGM?

(Wartości interwałów cykli są podawane dla każdego cyklu)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści elektrody o izolacji OPTIM czyli kopolimerze silikonu i poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 stymulatory z trybem nocnym automatycznym, współpracującym z sensorem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759) zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie na jaki wyraził zgodę w w/w odpowiedziach

Z poważaniem
Dyrektor
Janusz Solarz