

Załącznik Nr 2/3

Systemy immunologiczne

Proszę podać dane identyfikujące aparatów (nazwa, typ, rok produkcji);

Analizator immunologiczny 1 -, rok produkcji

Analizator immunologiczny 2 -, rok produkcji

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla systemów i odczynników

Lp.	Parametr	Tak/Nie
1	Automatyczne wieloparametrowe analizatory na minimum 30 miejsc pomiarowych umożliwiające wykonywanie w jednym czasie różnych badań	
2	Systemy całkowicie bezigłowe eliminujący kontaminację	
3	Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia w każdym czasie	
4	Jedno- lub dwupunktowa rekaliibracja dla chorób zakaźnych	
5	Całkowity brak jakichkolwiek czynności czyszcząco -myjąco-konserwujących	
6	Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole oraz wszelkie inne akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia	
7	Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia jego terminu ważności	
8	Certyfikat zgodności z wymogami CE	
9	Dostosowanie warunków temperaturowych w pracowniach - klimatyzacja	
10	Wykonawca wyrazi zgodę na podłączenie aparatów do wewnętrznej sieci Zakładu, udostępniając niezbędne dane/ aplikacje administratorowi sieci.	

.....
 podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych