



wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawy staplerów, obłożeń, troakarów i końcówek do noża harmonicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

I.

Ad załącznik nr 2 pakiet nr 1

1. Wnosimy o umożliwienie składania ofert w pozycji nr 1 tego pakietu na staplery okrężne o następujących parametrach : zakrzywione z manualną regulacją siły docisku tkanki rozmiar 25, 28, 31 i 34 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8-5,3mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Proponowane staplery były już dostarczane do Zamawiającego w ramach umowy przetargowej.
2. Wnosimy o umożliwienie składania ofert w pozycji nr 4 tego pakietu na jednorazowe staplery o następujących parametrach; liniowe tnąco-zamykające z ładunkiem, w których ładunek wyposażony jest w noż o długości linii zszywek 80 mm i wysokości zszywki 4,5 mm.
3. Wnosimy o umożliwienie składania ofert w pozycji nr 5 tego pakietu na jednorazowe staplery o następujących parametrach liniowe tnąco-zamykające z ładunkiem, w których ładunek wyposażony jest w noż o długości linii zszywek 100 mm i wysokości zszywki 4,5 mm.
4. Wnosimy o wydzielenie pozycji 1, 4 i 5 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów. Dotychczasowy układ pakietu umożliwia złożenie oferty w pakiecie nr 1 tylko firmie Covidien.

Odpowiedź ad 1-4 : SIWZ bez zmian.

II.

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu poz. Nr 1 i dopuszczenie poniższego opisu:
Troakary spełniające opisy SIWZ w rozm. 24;26;29;32 mm, wysokość zszywki otwartej odpowiednio 4,5; 4,8; 4,8; 5,0 mm. Pragniemy nadmienić iż powyżej opisane staplery posiadają niskoprofilowe łamane kowadełko.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

IV.

1. Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 poz. 13 dopuści również: laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 35 cm, średnice trzonu 5 mm, długość szczęk 16 mm, aktywowane ręcznie lub nożnie, narzędzie wykorzystuje symultanicznie energię bipolarną i ultradźwiękową, obrotowe 360°, kompatybilne z platformą elektrochirurgiczną typu Thunderbeat.
2. Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 poz. 14 dopuści również precyzyjne narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych do średnicy 7 mm włącznie, średnica trzonu narzędzia 5 mm, długość szczęk 18 mm, długość trzonu 10 cm, aktywowane ręcznie lub nożnie, narzędzie wykorzystuje symultanicznie energię bipolarną i ultradźwiękową, obrotowe 360°, kompatybilne z platformą elektrochirurgiczną typu Thunderbeat.
3. Czy Zamawiający W pakiecie numer 1 poz. 15 dopuści również narzędzie do zabiegów klasycznych, do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych do średnicy 7 mm włącznie, długość szczęk minimum 16 mm, długość trzonu 20 cm, aktywowane ręcznie lub nożnie, narzędzie wykorzystuje symultanicznie energię bipolarną i ultradźwiękową, obrotowe 360° szczęki zagięte, kompatybilne z platformą

elektrochirurgiczną typu Thunderbeat.

4. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 1 do osobnego pakietu pozycji nr 13, 14 i 15. Pragniemy poinformować, że obecna konstrukcja pakietu nr 1 pozwala na złożenie ważnej oferty tylko jednemu oferentowi.

5. Czy Zamawiający w pakiecie numer 2 poz. 1 dopuści również jednorazowe końcówki do noża harmonicznego, współpracujące generatorem USG-400 (platformą elektrochirurgiczną typu Thunderbeat), długość ramienia 35 cm, śr. 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min, możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

Wykonawca w przypadku wygranego postępowania zobowiązuje się dostarczyć platformę elektrochirurgiczną Thunderbeat na czas trwania kontraktu (użyczenia/dzierżawy do ustalenia z Zamawiającym).

6. dot. Wzoru umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w niniejszym zapisie zwrotu „ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, przy niezmienności cen netto.”

7. dot. wzoru umowy § 4 ust. 3 w związku z § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary w niniejszym zapisie na 10% wartości umowy?

8. dot. wzoru umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w niniejszym zapisie zwrotu „po pierwszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do przedłożenia wymaganych dokumentów (..)”.

Odpowiedź ad 1-8: SIWZ bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR

JANUSZ SOLARZ