

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1.

Dotyczy pakietu nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wirówki bez automatycznej identyfikacji błędów przerwania programu i awarii układu zasilania oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego? W obydwu awaryjnych przypadkach i tak dojdzie do zatrzymania wirówki, więc identyfikacja powodu tego zatrzymania w postaci identyfikacji błędu nie ma istotnego znaczenia, a utrzymanie tego wymagania istotnie ograniczy ilość wykonawców mogących złożyć swoje oferty.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

2. Czy Zamawiający dopuszcza wirówki z wyświetlaczem LED o znacznie lepszych parametrach użytkowych (jaskrawość, kontrast), niż wyświetlacz LCD ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

3. Ze względu na fakt, że zamawiane wirówki będą pracowały tylko z jednym rodzajem wirnika to czy Zamawiający dopuszcza wirówki bez automatycznej identyfikacji błędu niewłaściwego wirnika i spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

4. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zamiast pojemników okrągłych do wirnika horyzontalnego zastosowano specjalne uchwyty na wkładki redukcyjne? Sposób montowania wkładek jest szczególnie konstrukcyjnym nie mającym znaczenia użytkowego. Prosimy o uzasadnienie w przypadku negatywnej odpowiedzi.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

5. Czy Zamawiający wymaga wirnika horyzontalnego o przyśpieszeniu 3850 x g, czy też jest to parametr dotyczący możliwości oferowanej wirówki przy użyciu rotora stałego kątownego ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

6. Czy Zamawiający dopuszcza przyśpieszenie maksymalne wirnika horyzontalnego 2200 x g przy prędkości maksymalnej 4000 rpm?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

2.

Dotyczy treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet 1. Zakup, dostawa i uruchomienie stołu operacyjnego dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa – szt. 1

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, który w pozycji zablokowanej (centralna blokada) opiera się na 4 hydraulicznie wysuwanych stopkach - funkcja ta sterowana z pilota? Oferowane rozwiązanie gwarantuje bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta i maksymalna stabilność stołu podczas przeprowadzanych operacji. Po wysunięciu stopek podstawa uniesiona jest na wysokość 8cm co umożliwi operatorowi całkowite wsunięcie stóp pod podstawę i dzięki temu znacznie lepszy dostęp do pacjenta.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie. W przypadku wystąpienia usterki lub rozszczelnienia się układu hydrauliki wysuwającego stopki nastąpi przyciśnięcie wsuniętych pod podstawę stóp operatora co oznacza bardzo poważny wypadek (ciężar stołu + ciężar pacjenta).

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w trzy podwójne kota zabudowane w podstawie - nie wystające poza zarys podstawy stołu w każdej konfiguracji ustawienia kół? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną mobilność, ilość kół wynika wyłącznie z koncepcji przyjętej przez producenta - podstawa w kształcie litery Y - i w żaden sposób nie wpływa to na ostateczną funkcjonalność stołu.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o długości blatu i konstrukcji kolumny umożliwiającej bardzo dobry dostęp ramienia C w zakresie 930mm licząc od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg? Jest to rozwiązanie gwarantujące obrazowanie na wystarczającej długości i nie ma potrzeby aby stało na wyższym poziomie.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

5. Czy Zamawiający, w myśl zwiększania obrazowania pacjenta ramieniem C, dopuści do zaoferowania stołu operacyjny z przesuwem wzdłużnym na długości 300mm? Znacznie zwiększy to dostęp aparatu RTG do pacjenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja wysokości realizowana jest od 650mm (bez materaca)? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełny komfort pracy operatorom niskim, jak i wysokim, a co najważniejsze bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja segmentu pleców odbywa się w zakresie od -35° do +70°? Proponowany zakres regulacji oparcia pleców jest wystarczający i pozwala na odpowiednie pozycjonowanie pacjenta, gwarantując przy tym komfort pracy personelu medycznego. Ponadto różnica na poziomie 5° jest nieodczuwalna w praktyce użytkowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym funkcje „flex” i „refleks” realizowane są za pomocą dwóch przycisków na pilocie? Pod względem użytkowym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym i bez problemu pozwala na ułożenie pacjenta we wskazanych pozycjach.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym podnóżki opuszczane są do -90°? Jest to rozwiązanie w pełni wystarczające, gdyż wszystkie regulacje poniżej 90° nie niosą za sobą żadnej korzyści i mogą spowodować ich uszkodzenie poprzez uderzenie np. o kolumnę stołu.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym regulacja

podglówka realizowana jest w zakresie od -58° do $+26^{\circ}$ z dodatkową możliwością jego wysunięcia o 135mm? Jest to zakres zapewniający pełną funkcjonalność stołu i pozwala na swobodne przeprowadzanie zabiegów operacyjnych okolic głowy chorego. Poza tym dodatkowa możliwość wysunięcia podglówka o 135mm jest bardzo przydatna dla anestezyjologów.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w przewodowego pilota bez podświetlanych przycisków? Pilot w oferowanym modelu posiada uwypuklone przyciski z czytelnymi piktogramami, co jest rozwiązaniem wystarczającym do skutecznej regulacji funkcji stołu w warunkach zaciemnionej sali operacyjnej.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny wyposażony w dwa piloty, w tym jeden zapasowy - awaryjny umieszczony w specjalnym zamykanym schowku w podstawie stołu, który umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami stołu, bez dodatkowego panelu sterowania umieszczonego na kolumnie? Rozwiązanie to jest znacznie korzystniejsze od wymaganego, gdyż w przypadku konieczności wykorzystania sterownika awaryjnego personel nie musi zginać się, a wręcz „wchodzić pod stół” co jest nie tylko wyjątkowo niekomfortowe, jak również niepraktyczne z punktu widzenia dezynfekcji stołu.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny z informacją o niskim poziomie naładowania baterii na pilocie sterującym zamiast na awaryjnym panelu sterowania? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gdyż jest bardziej widoczne w przeciwieństwie do panelu na kolumnie, który podczas zabiegu może być przysłonięty obłożeniami.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 350kg? Proponowany parametr stoi na bardzo wysokim poziomie i tylko nieznacznie odbiega od wymaganego (10kg), co jest niezauważalne w praktyce.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, którego ciężar wynosi 260kg? Ciężar stołu w żaden sposób nie wpływa na jego funkcjonalność, a świadczy jedynie o wykonaniu ze znacznie bardziej wytrzymałych materiałów. W przypadku operacji pacjenta o wadze $>300\text{kg}$ cięższy stół zapewni większą stabilność, co ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

3.

Pakiet 1

Zakup, dostawa i uruchomienie stołu operacyjnego dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny z centralną blokadą podstawy stołu za pomocą 2 wysuwanych stopck? Funkcja sterowana elektrycznie za pomocą pilota

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny z centralną blokadą podstawy stołu za pomocą 4 wysuwanych stopek z funkcją autokompensacji nierówności podłoża? Blokada sterowana elektrycznie za pomocą pilota

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny z 3 podwójnymi kołami nie wystającymi poza obrys Podstawy zapewniającymi pełną stabilność podczas przemieszczania stołu?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu operacyjny z 4 pojedynczymi kołami o dużej średnicy nie

wystającymi poza obrys podstawy?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny złożony z następujących segmentów: Podglówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, segment siedziska 2 częściowy, podnózek podwójny dzielony wzdłużnie?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny złożony z następujących segmentów- Podglówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, segment siedziska 2 częściowy, podnózek podwójny dzielony wzdłużnie?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny o szerokości całkowitej 550 mm?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny o regulacji wysokości w zakresie 660-1130 mm?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją podnóżków W zakresie 90 do -105 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

10. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją podnóżków w zakresie 30 do -90 stopni?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny o regulacji wysokości w zakresie 660-1130mm?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją dolnej płyty plecowej w zakresie +90/-45 stopni?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją podnóżków w zakresie 30 do -105 stopni?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie 90 do -90 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

15. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie 30 do -45 stopni?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie 45 do -90 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

17. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pilot sterujący z widocznym indykatoem naładowania z

dużymi i czytelnymi przyciskami poszczególnych funkcji dzięki czemu nie ma potrzeby dodatkowo oznaczać pilota specjalnym podziałem na strefy? Ze względów bezpieczeństwa pacjenta i personelu pilot dezaktywuje się po kilku minutach bezczynności

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

18. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pilota sterujący z widocznym indykátorem naładowania z dużymi i czytelnymi przyciskami poszczególnych funkcji dzięki czemu nie ma potrzeby dodatkowo oznaczać pilota specjalnym podziałem na strefy? Ze względów bezpieczeństwa pacjenta i personelu pilot dezaktywuje się po kilku minutach bezczynności

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

19. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z materacami o grubości 50 mm?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny o udźwigu 220 kg?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny o masie 260 kg?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny o regulacji wysokości w zakresie 580 -1180 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

23. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny o regulacji wysokości w zakresie 635-1075 mm?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie.

4.

Pakiet nr 1. Zakup, dostawaj uruchomienie stołu Operacyjnego dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa —1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z centralną blokadą podstawy dokonywaną poprzez wysuwane stopki (z funkcją auto kompensacji nierówności podłoża) unoszące podstawę, pewnie i solidnie osadzając stół na podłożu? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny wyposażony w cztery pojedyncze koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy stołu w każdej konfiguracji ustawienia stołu?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z blatem złożonym z następujących segmentów: segment podgłównka, segment oparcia pleców o dł. 480 mm dzielony poprzez segment wypiętrzający, segment siedziska oraz segment podnóżków dzielony wzdłużnie?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny posiadający możliwość demontażu oraz zamiany tylko segmentu podgłównka z segmentem podnóżków z system montażu podgłównka do segmentu oparcia pleców oraz podnóżków do segmentu siedziska na zasadzie czop - gniazdo wpustowe z dodatkowym zabezpieczeniem zaciskiem śrubowym?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny w którym szyny boczne umieszczone na wszystkich segmentach blatu w następującej konfiguracji: segment podgłównka, segment oparcia pleców dzielony poprzez segment wypiętrzający, segment siedziska oraz segment podnóżków?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny w którym całkowita długość blatu wynosi 2060 mm?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny umożliwiający bardzo dobry dostęp aparatu RTG z ramieniem C w zakresie 995 mm licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg? Oferowany parametr w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją całej płyty segmentu oparcia pleców w zakresie od +80 do -30 stopni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie

9. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny ręczną regulacją segmentu podnóżków za pomocą sprężyn gazowych z blokadą?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

10. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podnóżków w zakresie od +30 do -90 stopni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania pozycji flex w zakresie do 210 stopni? Oferowany zakres tylko w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z możliwością uzyskania pozycji reflex w zakresie do 100 stopni? Oferowany zakres tylko w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z możliwością opuszczania podnóżków do -90 stopni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podglówka w zakresie od +60 do -90 stopni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny wyposażony w pilot sterujący podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i czytelnymi piktogramami funkcji/ułożeń, jednak bez podziału poszczególnych elementów stołu na strefy I konfiguracji normalnej lub odwróconym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny wyposażony w pilot sterujący, który po upływie około 30 s, od ostatniego użycia ulega wygaszeniu i wymaga ponownego uruchomienia poprzez przycisk aktywacji? Oferowana funkcja stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi przypadkowymi regulacjami blatu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjny w którym całkowite naładowanie baterii uzyskiwane jest w czasie 12 godzin, a naładowanie do poziomu 90% po około 8 godzinach?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w demontowane materace z łączonymi krawędziami poprzez szew wewnętrzny z zatopionymi brzegami zabezpieczonymi w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się do wewnątrz płynów?

Odp. Zamawiający pozostawia warunki SIWZ bez zmian w tym zakresie

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym udźwig stołu wynosi 300 kg?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym maksymalny dopuszczalny ciężar pacjenta wynosi 300 kg?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny którego ciężar wynosi około 220 kg?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający modyfikuje **Załącznik Nr 6 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych:**

Pakiet 1. Zakup, dostawa i uruchomienie stołu operacyjnego dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa – szt. 1

a).

Jest:

22.	Ciężar stołu	Max. 200kg		
-----	--------------	------------	--	--

Powinno być:

22.	Ciężar stołu	Max. 300kg		
-----	--------------	------------	--	--

b).

Jest

9.	Szerokość blatu z szynami bocznymi (bez elementów rozszerzających z poniższego punktu)	Min. 57cm		Zaoferowana wart. min. 0pkt; Zaoferowana wart. max. 10pkt;
----	--	-----------	--	---

Powinno być:

9.	Szerokość blatu z szynami bocznymi (bez elementów rozszerzających z poniższego punktu oraz bez uwzględniania segmentu głowy, który to może mieć inną szerokość)	Min. 57cm		Zaoferowana wart. min. 0pkt; Zaoferowana wart. max. 10pkt;
----	---	-----------	--	---

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z zm.) zmienia treść zapisów SIWZ w wyżej wymienionym zakresie.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **28.10.2014 r godz. 10.00** Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia **28.10.2014 r godz. 10.30** w Budynku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
Dyrektor
Janusz Solarz