

## Załącznik nr 6

**Opis przedmiotu zamówienia**  
**Parametry techniczne**

*Akcesoria zużywalne do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu.*

L.p.	Rodzaj materiałów, wielkość	Wymagana ilość		Oferta – typ materiałów, ilość
1	Zestaw do automatycznego wstrzykiwacza MEDRAD MARK V PRO VIS: wkład jednorazowy do kontrastu o poj. 150 ml oraz złącza szybkiego napełniania/ łącznik rurkowy.	Zestaw	500	
2	Zestaw do wstrzykiwacza kontrastu w 100% kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami NEMOTO DUAL SHOT: dwa wkłady do kontrastu o pojemności 200ml i 100 ml, złącze szybkiego napełniania, ostrze typu SPIKE oraz łącznik niskociśnieniowy z trójnikiem o długości 150-152 cm i wytrzymałości do 350 PSI.	Zestaw	1000	
3	Zestaw do automatycznego wstrzykiwacza SPECTRIS SOLARIS EP MR: dwa jednorazowe wkłady do kontrastu o poj. 65 i 115 ml, dwa ostrza typu SPIKE, złącze niskiego ciśnienia o długości 244-250 cm z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym.	Zestaw	300	
3a	Łącznik z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym, długość 244 - 250 cm - jednorazowego użytku, kompatybilne ze wstrzykiwaczem SPECTRIS SOLARIS EP MR o wytrzymałości ciśnieniowej do 350 PSI.	Sztuk	100	
4	Elektrody EKG do monitorowania i diagnostyki młodzieży i dorosłych z czujnikiem węglowym, niewidoczna w promieniach RTG, Ø 45mm.	Sztuk	2500	

.....  
/podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych/