



Szpital Wojewódzki Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie

SzWNR2-ZP/250/090/ 368 /2014

Rzeszów, 2014.11.17

Dotyczy przetargu nieograniczonego **na zakup, dostawę i uruchomienie aparatury medycznej.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

**Załącznik nr 6 pakiet nr 7 - Zakup, dostawa drobnego wyposażenia medycznego.**

**Zestawienie parametrów technicznych – Zakup i dostawa lampy łóżeczkowej do fototerapii – szt 2.**

**Pkt 3:**

Jest:

Moc urządzenia max 60 W

Powinno być:

Moc urządzenia max 60 W +-10%

**Pkt 6:**

Jest:

Natężenie na powierzchni ciała pacjenta Max. 30 $\mu$ W/cm<sup>2</sup>

Powinno Być:

Natężenie na powierzchni ciała pacjenta Max. 30 $\mu$ W/cm<sup>2</sup> +-20%

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **20.11.2014r. godz. 10.00** Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia **20.11.2014r. godz. 10.30** w Budyńku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem  
Janusz Solarz- Dyrektor