

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy testów do diagnostyki chorób infekcyjnych metodą immunoenzymatyczną wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

I.

Pozycja nr 1-22

Czy Zamawiający może doprecyzować jakiej metodyki badań oczekuje w odniesieniu do poszczególnych pozycji?

Opis przedmiotu zamówienia nie jest wystarczająco precyzyjny, aby zaoferować właściwą/ wymaganą przez Zamawiającego metodykę oznaczeń oraz właściwy dla niej analizator.

Odpowiedź: Metodyka badań została określona w tytule zamówienia metodą immunoenzymatyczną.

Pozycja nr 1,4

A/ W przypadku metodyki ELISA, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o następującym składzie do diagnostyki *Borrelia* zawierających natywne antygeny z *Borrelia burgdorferi*, *B. garinii* i *B. afzelii* oraz dodatkowo dla klasy IgG antygen rekombinowany VIsE?

Odpowiedź: Dotyczy Punkt A - Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

B/ Jeśli Zamawiający wymaga testów Immunoblot, czy dopuści następujący skład antygenowy

- Dla klasy IgG;

rekombinowane (VIsE *Borrelia burgdorferi*, VIsE *B. garinii*, VIsE *B. afzelii*), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid *Borrelia afzelii*, lipid *Borrelia burgdorferi*, rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18

- Dla klasy IgM:

VIsE *Borrelia burgdorferi*, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z *Borrelia afzelii*, *Borrelia burgdorferi*, *Borrelia garinii* i *Borrelia spielmanii*?

Odpowiedź: Dotyczy Punkt B - Nie jest przedmiotem zamówienia.

Pozycja 5, 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko *Mycoplasma pneumoniae* w klasie IgG, IgM, IgA w których źródłem antygeny jest ekstrakt detergentowy *Mycoplasma pneumoniae* szczepu Mac ATCC 15531?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pozycja nr 11-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia pneumoniae w klasie IgG, IgM, IgA które zawierają antygeny ciałek elementarnych. Zastosowany ekstrakt zawiera wszystkie znaczące antygeny, które zlokalizowane są w zewnętrznej błonie ciałek elementarnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pozycja nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, w którym antygenem są oczyszczone czynniki zjadliwości Yersinia enterocolitica szczepu 0:3?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pozycja 1-22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych, w których bufor płuczący jest 10-krotnie skoncentrowany?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **12.02.2019 r. godz. 10:00** Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia **12.02.2019 r. godz. 10:30** w Budyńku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

Krzysztof Bałata

DYREKTOR