



wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

I.

Pakiet nr 6. Dializator do hemodializy.

Pozycja nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializator do hemodializy, kapilarny, niskoprzepływowo, o powierzchniach czynnych: 1,0; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 - liczba dializatorów o konkretnej powierzchni w zależności od potrzeb Zamawiającego, z najnowocześniejszej obecnie na rynku błony syntetycznej, **sterylizowany promieniami Gamma?**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Ocena warunków technicznych w tym przypadku będzie dokonywana na podstawie dołączonych do oferty próbek:

- poz. nr 1 – 2 rozmiary (1,6m2; 2,0m2) po 3 szt.

Pakiet nr 6. Dializator do hemodializy.

Pozycja nr 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializator do hemodializy, kapilarny, wysokoprzepływowo, o powierzchniach czynnych: 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 - (4 rodzaje powierzchni do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego), z najnowocześniejszej obecnie na rynku błony syntetycznej, **sterylizowany promieniami Gamma?**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Ocena warunków technicznych w tym przypadku będzie dokonywana na podstawie dołączonych do oferty próbek:

-poz. nr 2 – 1 rozmiar (2,0m2) po 3 szt.

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytania umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

Ponadto, prosimy Zamawiającego o określenie rodzaju próbek, a więc rozmiaru powierzchni dializatorów Oferowanych przez firmę XXX w celu dołączenia do oferty na potrzeby oceny warunków technicznych.

II.

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunk hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. zakresie.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.03.2019 r godz. 09.00. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.03.2019 r., godz. 09.30. w Budynku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Krzysztof Bałata