

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

*Zadanie realizowane w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0351/18  
pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w  
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) przekazuje treść zapytań od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

**I.**

1. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z elektrodami zewnętrznymi dla dorosłych i dla dzieci bez wskaźnika jakości kontaktu z pacjentem, natomiast systemem w defibrylatorze, dokonującym pomiaru impedancji klatki piersiowej, wykrywającym niewystarczający kontakt elektrod z ciałem pacjenta i/lub nieodpowiednie połączenie elektrod z defibrylatorem? Dzięki temu defibrylator automatycznie dostosowuje natężenie i napięcie prądu a także czas trwania fali defibrylacyjnej.

Gdy jakość kontaktu elektrod jest niewystarczająca, defibrylator wyświetla na monitorze LCD komunikat NISKA IMPED. – PONOWNE ŁAD lub NIEPRAW. DOPIYW ENERGII.

**Odp. Tak**

2. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z gniazdem EKG/Synchr. umożliwiającym synchronizację zdalną i obserwację sygnału EKG w czasie rzeczywistym przy użyciu monitora innego rodzaju, co jest najczęściej wykorzystywane na SOR, ale bez możliwości synchronizacji EKG do pompy kontrpulsacyjnej?



**Odp. Tak**

## **II.**

Do Zadania nr I - Defibrylator

1. Czy zamawiający wymaga możliwości rozbudowy defibrylatora o dedykowany moduł, umożliwiający transmisję danych medycznych poprzez WIFI, oraz możliwość wykonania pomiaru EtCo2 u pacjentów?"

**Odp. Nie**

## **III.**

Pytanie 1 Pakiet 1 Defibrylator szt. 2 pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z monitorowaniem EKG z 3-odprowadzeń?

**Odp. Nie**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie wyżej udzielonych odpowiedzi.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **08.04.2019 r godz. 09.00** Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia **08.04.2019 r godz. 09.30** w Budynku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem  
DYREKTOR  
Krzysztof Bałata