



Kliniczny Szpital  
Wojewódzki Nr 2  
im. Sw. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie

SzW Nr2-ZPZ/250/037/2019/.....<sup>498</sup>

Rzeszów, 2019.05.....<sup>21</sup>

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy testów do diagnostyki in vitro chorób o podłożu autoimmunologicznym wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

**I.**  
W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującym zapytaniem w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 2\_5 do SIWZ pozycja nr 8:

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dla pozycji Zestaw Endomysium/ gliadyna IgA (2 substraty) testu o formacie przeznaczonym dla 5 pacjentów (10 szkiełek w zestawie) czy testu o formacie przeznaczonym dla 10 pacjentów (10 szkiełek w zestawie)?.

Jeśli Zamawiający wymaga obu w/w formatów, prosimy o podanie ich proporcji.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza w zestawie 10 szkiełek (1 szkiełko dla 5 pacjentów) dla podanej ilości badań Endomysium/ gliadyna IgA.*

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia ~~.....~~<sup>28</sup>05.2019 r. godz. 10:00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia ~~.....~~<sup>28</sup>05.2019 r. godz. 10:30 w Budynku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
**Krzysztof Bałata**

*RWS*