



wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatu USG z wyposażeniem i oprogramowaniem dla dzieci i dorosłych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

I.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Pytania do SIWZ

Pytanie 1, Pkt. 8

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, posiadający dynamikę systemu 320 dB? Wartość tego parametru w aparatach posiadających tak wysoką dynamikę w żaden sposób nie wpływa na jakość pracy użytkownika aparatu.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2, Pkt 9

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, posiadający monitor o przekątnej 23 cale?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 3, pkt 13

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, posiadający dotykowy programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o przekątnej 10,4 cala? Oferowany panel dotykowy w całości jest przeznaczony do sterowania funkcjami aparatu.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 4, pkt 14

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, pracujący w zakresie częstotliwości od 1 MHz do 22 MHz?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 5, pkt 32

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, posiadający możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie +/- 30 stopni? Oferowany zakres jest standardem przy wykonywaniu badań naczyniowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 6, pkt 51

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, posiadający system archiwizacji danych z dyskiem twardym (HD) o pojemności 1 TB? Taka pojemność daje możliwość zapisania bardzo dużej ilości danych. Aparat jest przystosowany do archiwizacji danych na zewnętrznych nośnikach zwiększając tym samym bezpieczeństwo danych.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 7, pkt 68

Proszę o doprecyzowanie parametru bowiem wydaje się że wkradł się do opisu błąd. Prawdopodobnie Zamawiającemu chodziło o podgrzewacz żelu.

Odp. Zamawiający dziękuje za zwrócenie uwagi na oczywistą omyłkę pisarską- Zamawiający miał na myśli podgrzewacz do żelu.

Pytanie 8, pkt 88

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, posiadający głowicę liniową szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy posiadającą 5 pasm częstotliwości harmonicznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 9, pkt 110

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający 36 miesięczną gwarancję producenta?

Odp. Zamawiający zmienia zapisy pkt 110 Załącznika nr 5 do SIWZ (Formularz wymaganych i ocenianych parametrów technicznych), po czym otrzymuje on brzmienie:

Gwarancja min. 48 miesięcy	TAK	48 mies. – 0pkt 60 mies. - 20 pkt
----------------------------	-----	--------------------------------------

1. Dot. p.8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta z dynamiką systemu 291dB.

Odp. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ w tym zakresie.

2. Dot. p.9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z monitorem OLED o przekątnej 22". Monitory OLED zapewniają dużo wyższy poziom kontrastu przez co takie rozwiązanie bezpośrednio przyczynia się do podniesienia jakości diagnostycznej oferowanego urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

3. Dot. p. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z klawiaturą alfanumeryczną umiejscowioną na konsoli aparatu. Rozwiązanie takie zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu klawiatury podczas wysuwania czy pracy przy aparacie.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

4. Dot. p. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z zakresem częstotliwości pracy 0,7 MHz - 18,7 MHz. Pragniemy zauważyć że proponowany przez nas zakres obejmuje pełny zakres częstotliwości pracy wymaganych głowic.

Odp. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ w tym zakresie.

5. Dot. p. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z maksymalnym zasięgiem obrazowania 0-50 cm którego minimalne pole obrazowe wynosi 0-2 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

6. Dot. p. 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z zakresem prędkości Dopplera kolorowego +/- 3m/s

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7. Dot. p. 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG nie posiadający rozszerzonego trybu Dopplera. Bardzo czułe obrazowanie dopplerowskie w oferowanym przez nas urządzeniu zapewnia doskonałą wizualizację nawet bardzo wolnych przepływów bez konieczności oferowania dodatkowych trybów Dopplera.

Odp. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ w tym zakresie.

8. Dot. p. 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z regulacją bramki dopplerowskiej w zakresie 0,5-16 mm. Stosowanie szerszej bramki nie znajduje żadnego uzasadnienia diagnostycznego.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9. Dot. p. 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z możliwością odchylenia wiązki dopplerowskiej w zakresie +/- 20 stopni. Oferowany przez nas aparat dodatkowo posiada możliwość regulacji kąta Dopplera w zakresie do 90 stopni.

Odp. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ w tym zakresie.

10. Dot. p. 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez możliwości uzyskania jednoczesnego spektrum przepływu z dwóch niezależnych bramek.

Odp. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ w tym zakresie.

11. Dot. p. 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z 13 mapami koloru. Parametr ten nie ma bezpośredniego przełożenia na jakość i klasę systemu oraz nie podnosi jakości diagnostycznej urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

12. Dot. p. 51

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z dyskiem twardym o pojemności 1TB. Oferowane urządzenie posiada ok 830 GB pojemności przeznaczonej bezpośrednio na archiwum. Dodatkowo aparat umożliwia bardzo szybki i prosty sposób archiwizacji oraz przenoszenia danych na nośniki zewnętrzne.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

13. Dot. p. 53

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez możliwości zapisu plików w formacie BMP i TIFF.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem utrzymania pozostałych wymogów zawartych w tym pkt.

14. Dot. p. 62

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG, który umożliwia wykonania do 9 numerowanych pomiarów.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

15. Dot. p. 68

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG bez wbudowanego podgrzewacza kontrastu

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie – Jednocześnie prostuje zapis w pkt 68 – Zamawiający miał na myśli podgrzewacz żelu.

16. Dot. p.73

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z głowicą convex posiadająca 5 zakresów częstotliwości harmonicznej

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

17. Dot. p. 74-78

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z głowicą wykonaną w technologii matrycowej z zakresem częstotliwości pracy 4-15 MHz, posiadająca ponad 1000 elementów, szerokość pola skanowania 50 mm oraz 4 pasma częstotliwości harmonicznej

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego rozwiązania tym zakresie.

18. Dot. p. 81 i 83

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową typu hockey posiadającą 168 elementów i 3 pasma częstotliwości harmonicznej

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaferowanego rozwiązania tym zakresie.

19. Dot. p. 84-89

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy 2-9 MHz, szerokości pola skanowania 44 mm i posiadającą 5 pasm częstotliwości harmonicznej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaferowanego rozwiązania tym zakresie.

20. Dot. p. 90-93

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG nie posiadający wymaganej głowicy. Parametry wymaganej głowicy pokrywają się z opisanymi parametrami pozostałych głowic liniowych. Rezygnacja z kolejnej głowicy pozwoli na zaferowanie urządzenia w tańszej cenie. Rozwiązanie takie nie pogorszy jakości pracy i diagnostyki.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaferowanego rozwiązania tym zakresie.

21. Dot. p. 98 i 99

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z głowicą microconvex o promieniu 26 mm i 3 pasmach częstotliwości harmonicznej

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaferowanego rozwiązania tym zakresie.

22. Dot. p. 103

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaferowanego rozwiązania tym zakresie.

23. Dot. p. 104

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o opisaną głowicę liniową.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaferowanego rozwiązania tym zakresie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. zakresie.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.08.2019 r. godz. 09.00. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.08.2019 r., godz. 09.30, w Budynku Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Krzysztof Bałata