

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na: **naprawę endoskopu TJF-145 o nr 2101809 produkcji Olympus.**

1. Przedmiot zamówienia:

Przywrócenie pełnej sprawności w/w. urządzenia. Wstępna ekspertyza wykazała poniższe usterki/konieczne prace serwisowe:

- dźwignia elewatora – nieszczelność,
- linka elewator biopsji – zerwana,
- plastikowa końcówka sondy – wymiana konieczna podczas wymiany linki,
- kleje na końcówce dystalnej – zużyte.

Po wykonaniu usługi Wykonawca wykona niezbędne testy potwierdzające sprawność oraz przegląd techniczny urządzenia. Wykonane prace potwierdzone będą każdorazowo wystawieniem raportu serwisowego. Wykonawca skan sporządzonego raportu prześle drogą e-mailową na adres: [lwojtas@szpital2.rzeszow.pl](mailto:lwojtas@szpital2.rzeszow.pl) oraz [izlamaniec@szpital2.rzeszow.pl](mailto:izlamaniec@szpital2.rzeszow.pl).

2. Termin realizacji zamówienia:

**Max: 21 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia.**

3. Warunki realizacji zamówienia, (*warunki płatności, termin dostawy, termin gwarancji*)

**Warunki płatności: Płatność przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT. Gwarancja na wykonywaną usługę: minimum 6 miesięcy.**

Wymagane jest, aby podmiot realizujący zamówienie spełniał założenia ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 .

Wymagane jest, aby podmiot realizujący zamówienie wykonał usługę zgodnie z zaleceniami i zakresem prac wskazanym przez producenta urządzenia.

Wymagane jest, aby podmiot realizujący zamówienie posiadał aktualne uprawnienia:

- dokumenty potwierdzające (autoryzację, upoważnienie), iż Wykonawca jest uprawniony (upoważniony przez producenta sprzętu) do obsługi serwisowej w/w urządzeń;

Lub

- certyfikat, świadectwo szkoleń osób, które będą wykonywały czynności serwisowe. Wymagane jest, aby ww. dokument poświadczal o odbyciu szkolenia uprawniającego go do wykonywania czynności serwisowych z w/w urządzenia.

Ww. dokument potwierdzający uprawnienia wystawiony powinien być przez producenta urządzenia lub inny upoważniony przez producenta podmiot.

Ww. dokumenty (autoryzacja/szkolenia) Zamawiający będzie miał prawo zażądać po złożeniu oferty. W przypadku niedostarczenia odpowiednich dokumentów Zamawiający będzie miał prawo uznać ofertę za nieważną.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: (*cena, termin płatności, dostawy*)

**Cena: 100%**

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Sekcja Aparatury Medycznej, fax: 017 8664557 lub e-mail: [lwojtas@szpital2.rzeszow.pl](mailto:lwojtas@szpital2.rzeszow.pl) , [izlamaniec@szpital2.rzeszow.pl](mailto:izlamaniec@szpital2.rzeszow.pl).

**Termin składania ofert: do 3 dni roboczych od dnia umieszczenia zapytania na stronie internetowej, do godz.: 8:00.**

Po tym terminie złożone oferty mogą nie być rozpatrzone.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Łukasz Wojtas, Ireneusz Złamaniec, tel. 017 8664350.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, przesłać faksem lub na adres e-mailowy wskazany powyżej.

8. Oferty składane po wyznaczonym terminie mogą nie być rozpatrywane.

9. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi oferenta stosownym zamówieniem.

10. Wykonawca składając ofertę do powyższego zapytania akceptuje zawarte w nim warunki.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Klinicznego Lecznictwa

*lek.med. Marcin...*