

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na: **naprawa oraz przegląd techniczny napędów Acculan 3Ti produkcji Aesculap Chifa.**

1. Przedmiot zamówienia:

Wstępna ekspertyza wykazała poniższe usterki/konieczne prace serwisowe:

- piła oscylacyjna GA673 o nr 2388 – naprawa: kolek zatrzymujący długi, kolek zatrzymujący krótki 2 szt., ramię oscylujące, sprężynka dociskowa zestaw części do GA673, pokrywa, podkładka silikonowa, materiał drobny,
- uchwyt ostrza GB660R o nr 836 – naprawa: ramię oscylujące, zestaw części do GB660R, materiał drobny,
- nasadka GB654R o nr 1465 – naprawa: zestaw części do GB654R/GB656R/GB658R, materiał drobny,
- nasadka GB638R o nr 3226 – naprawa: zestaw części do GB630R/GB634R/GB635R,
- dermatom GA670 o nr 2506 – przegląd techniczny.

Po wykonaniu usługi Wykonawca wykona niezbędne testy potwierdzające sprawność oraz przegląd techniczny urządzeń. Wykonane prace potwierdzone będą każdorazowo wystawieniem raportu serwisowego. Wykonawca skan sporządzonego raportu prześle drogą e-mailową na adres: lwojtas@szpital2.rzeszow.pl oraz izlamaniec@szpital2.rzeszow.pl.

2. Termin realizacji zamówienia:

Max: 21 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia.

3. Warunki realizacji zamówienia, (warunki płatności, termin dostawy, termin gwarancji)

Warunki płatności: Płatność przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT. Gwarancja na wykonywaną usługę: minimum 6 miesięcy.

Wymagane jest, aby podmiot realizujący zamówienie spełniał założenia ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 .

Wymagane jest, aby podmiot realizujący zamówienie wykonał usługę zgodnie z zaleceniami i zakresem prac wskazanym przez producenta urządzenia.

Wymagane jest, aby podmiot realizujący zamówienie posiadał aktualne uprawnienia:

- dokumenty potwierdzające (autoryzację, upoważnienie), iż Wykonawca jest uprawniony (upoważniony przez producenta sprzętu) do obsługi serwisowej w/w urządzeń;

Lub

- certyfikat, świadectwo szkoleń osób, które będą wykonywały czynności serwisowe. Wymagane jest, aby ww. dokument poświadczał o odbyciu szkolenia uprawniającego go do wykonywania czynności serwisowych z w/w urządzenia.

Ww. dokument potwierdzający uprawnienia wystawiony powinien być przez producenta urządzenia lub inny upoważniony przez producenta podmiot.

Ww. dokumenty (autoryzacja/szkolenia) Zamawiający będzie miał prawo zażądać po złożeniu oferty. W przypadku niedostarczenia odpowiednich dokumentów Zamawiający będzie miał prawo uznać ofertę za nieważną.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: (cena, termin płatności, dostawy)

Cena: 100%

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Sekcja Aparatury Medycznej, fax: 017 8664557 lub e-mail: lwojtas@szpital2.rzeszow.pl , izlamaniec@szpital2.rzeszow.pl.

Termin składania ofert: do 3 dni roboczych od dnia umieszczenia zapytania na stronie internetowej, do godz.: 8:00.

Po tym terminie złożone oferty mogą nie być rozpatrzone.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Łukasz Wojtas, Ireneusz Złamaniec, tel. 017 8664350.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, przesłać faksem lub na adres e-mailowy wskazany powyżej.

8. Oferty składane po wyznaczonym terminie mogą nie być rozpatrywane.

9. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi oferenta stosownym zamówieniem.

10. Wykonawca składając ofertę do powyższego zapytania akceptuje zawarte w nim warunki.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-eksploatacyjnych

Justyna Lis