

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na: **naprawę endoskopu typ CF-Q165L o nr 2500372 produkcji Olympus.**

1. Przedmiot zamówienia:

Przywrócenie pełnej sprawności ww. urządzenia. Wstępna ekspertyza wykazała:

- plastikowa końcówka sondy –pęknięta
- przykrywka głowicy sterującej – wyszczerbiona
- pokrętło RL – uszkodzony mechanizm wewnętrzny pokrętła, przeskakujący w neutralnej pozycji
- protektor pancerza światłowodu od stron głowicy – wyszczerbiony
- żółty pierścień pęknięty
- nadmierne luzy w mechanizmie zginania końcówki

Przewidziane prace naprawcze: wymiana żółtego pierścienia, kasowanie luzów mechanizmy zginania końcówki, wymiana plastikowej końcówki sondy + osłona gumowa, wymiana przykrywki głowicy sterującej, regeneracja mechanizmu pokrętła RL, wymiana protektora pancerza światłowodu

Po wykonaniu usługi Wykonawca wykona niezbędne testy potwierdzające sprawność urządzenia wraz z przeglądem technicznym urządzenia. Wykonawca pokryje koszty transportu endoskopu który obecnie jest w serwisie wykonującym ekspertyzę. Wykonane prace potwierdzone będą każdorazowo wystawieniem raportu serwisowego. Wykonawca skan sporządzonego raportu prześle drogą e-mailową na adres: lwojtas@szpital2.rzeszow.pl oraz izlamaniec@szpital2.rzeszow.pl.

2. Termin realizacji zamówienia:

Max: 14 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia. W przypadku naprawy przekraczającej 14 dni Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego.

3. Warunki realizacji zamówienia, (warunki płatności, termin dostawy, termin gwarancji)

Warunki płatności: Płatność przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT. Gwarancja na wykonywaną usługę: minimum 6 miesięcy.

Wymagane jest aby podmiot realizujący zamówienie spełniał założenia ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 .

Wymagane jest aby podmiot realizujący zamówienie wykonał usługę zgodnie z zaleceniami i zakresem prac wskazanym przez producenta urządzenia.

Wymagane jest aby podmiot realizujący zamówienie posiadał aktualne uprawnienia:

- dokumenty potwierdzające (autoryzację, upoważnienie), iż Wykonawca jest uprawniony (upoważniony przez producenta sprzętu) do obsługi serwisowej w/w urządzeń;

lub
- certyfikat, świadectwo szkoleń osób, które będą wykonywały czynności serwisowe. Wymagane jest aby ww. dokument poświadczał o odbyciu szkolenia uprawniającego go do wykonywania czynności serwisowych z danego typu/modelu urządzenia (dla każdego oferowanego typu / modelu urządzenia).

Ww. dokument potwierdzający uprawnienia wystawiony powinien być przez producenta urządzenia lub inny upoważniony przez producenta podmiot.

Ww. dokumenty (autoryzacja/szkolenia) Zamawiający będzie miał prawo zażądać po złożeniu oferty. W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów Zamawiający będzie miał prawo uznać ofertę za nieważną.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: (cena, termin płatności, dostawy)

Cena: 100%

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Sekcja Aparatury Medycznej, fax: 017 8664557 lub e-mail: lwojtas@szpital2.rzeszow.pl , izlamaniec@szpital2.rzeszow.pl.

Termin składania ofert: do 3 dni roboczych od dnia umieszczenia zapytania na stronie internetowej, do godz.: 8:00.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Łukasz Wojtas, Ireneusz Złamaniec, tel. 017 8664350.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, przesłać faksem lub na adres e-mailowy wskazany powyżej.

8. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi oferenta stosownym zamówieniem.

10. Wykonawca składając ofertę do powyższego zapytania akceptuje zawarte w nim warunki.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Płatnościowych

Justyna Lis