

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

zaprasza do złożenia ofert na: **dostawę kriostatu dla Zakładu Patomorfologii**

1. Przedmiot zamówienia:

- Regulacja temperatury komory min. do -35 st C,
- Zintegrowany element Peltiera pozwalający na szybkie chłodzenie próbki do - 55C.
- Oświetlenie komory roboczej typu LED, umiejscowione na odsuwającym oknie z możliwością ukierunkowania kąta padania światła
- 27 pozycyjna półka szybkiego zamrażania materiału tkankowego do - 55C ,
- 4 stanowiska do szybkiego mrożenia wymagają zaledwie 2-3 minuty do osiągnięcia temperatury - 55C
- Regulacja grubości cięcia w zakresie od 1 do 500 µm.
- Ruchoma głowica z uchwytem na bloczki z zakresem ruchu pionowego do min. 60 mm.
- Zakres ruchu poziomego min. 28 mm
- Precyzyjna zmiana orientacji przestrzennej materiału tkankowego: w osiach x, y i 360°(oś y)
- Uchwyt i baza na uchwyt do nożyków wymiennych niskoprofilowych
- Stoliki do zamrażania materiału tkankowego o różnorodnych wymiarach – W standardzie o średnicy 30mm. Możliwość wyboru innych z szerokiego kształtów i rozmiarów.
- Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca i początku zakresu wysuwu głowicy.
- Automatyczny powrót głowicy do bezpiecznego położenia po osiągnięciu końca lub początku zakresu wysuwu.
- Komora wykonana z materiału odpornego na korozję, z rozsuwanym "oknem" ,własnym oświetleniem, i półkami na akcesoria.
- Automatyczny system rozmrażania raz na dobę z możliwością nastawy czasu lub na żądanie
- maksymalny czas rozmrażania 60 minut
- System zapobiegający zwijaniu skrawków, płytka antyzwijaniowa
- dezynfekcja z UV w 2 trybach: szybka i pełna
- 50 sztuk ostrzy niskoprofilowych, uchwyt do noża 6 uchwytów szybkiego mrożenia 30mm, medium do zamrażania, taca na odpady, pędzelki do czyszczenia kriostatu

W przypadku użycia nazw własnych lub funkcjonalności wskazujących na jednego oferenta Zamawiający dopuszcza oferty równoważne pod względem spełnianie wymogów technicznych oraz funkcjonalności.

2. Termin realizacji zamówienia:

Maksymalnie 7 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia.

3. Warunki realizacji zamówienia (*warunki płatności, termin dostawy, termin gwarancji*)

Warunki płatności: Płatność przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Gwarancja: minimum 24 miesiące.

4. Kryteriabrane pod uwagę przy ocenie ofert: (*cena, termin płatności, dostawy*)

Cena: 100%

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Sekcja Aparatury Medycznej, fax: 017 8664557 lub e-mail: lwojtas@szpital2.rzeszow.pl , izlamaniec@szpital2.rzeszow.pl

Termin składania ofert: do 5 dni roboczych od dnia umieszczenia zapytania na stronie internetowej, godz.: 8:00.

6. Osoby upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ireneusz Złamaniec, Łukasz Wojtas, tel. 017 8664350.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, przesłać faksem lub na adres e-mailowy wskazany powyżej.

8. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi oferenta stosownym zamówieniem.

10. Wykonawca składając ofertę do powyższego zapytania akceptuje zawarte w nim warunki.

Podpis osoby upoważnionej

ZASTĘPCA DYREKTORA
... ds. Klinicznych i Lecznictwa

lek.med. Małgorzata Przysada